

TABLE OF CONTENTS

English...	1	Product Codes...	3
French...	2	Glossary of Symbols...	3

INTENDED USE

QC1™ Trichomonas Slides are designed for the quality control of *Trichomonas vaginalis* staining procedures. They are intended to validate both the quality of the staining reagents and procedure technique.

SUMMARY

The microscopic identification of protozoa is based upon observing the morphology of stained organisms. Staining facilitates identification by differentiating internal structures and separating organisms from background material and artifacts. A number of simple staining techniques have been developed which are satisfactory for diagnostic work.

QC1 Trichomonas Slides contain parasite-positive substrates necessary to produce the correct staining results when performing the appropriate staining techniques. QC1 Trichomonas Slides contain a methanol-fixed smear of *Trichomonas vaginalis* trophozoites.

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY**PRECAUTIONS**

QC1 Trichomonas Slides contain substrates that are applied as a smear. Handle the slides by the edges and do not touch the surface of the slide as this may damage the substrates.

STABILITY AND STORAGE

Store slides at room temperature (15-30°C). The slides are stable to the stated expiration date when stored at the required temperature.

PROCEDURE

Materials Provided: QC1 Trichomonas Slides.

Materials Not Provided: Staining reagents, coverslips, mounting medium, microscope/fluorescent microscope.

Method of Staining: QC1 Trichomonas Slides are pre-fixed and should not be fixed by heat or alcohols prior to staining. Add QC1 Trichomonas Slides to the first step of the staining procedure. Stain the QC1 Trichomonas Slides according to the procedure described by the manufacturer of the stain, or consult appropriate references.

RESULTS

Trichomonas vaginalis are pear shaped trophozoites with a single elongated nucleus and 5 flagella. Refer to the instruction sheet provided with the stain of choice or consult appropriate references for staining results.

LIMITATIONS OF PROCEDURES

Refer to the instruction sheet provided with the stain of choice or consult appropriate references for staining limitations.

CONTACT

Alpha-Tec Systems, Inc. offers a complete line of reagents, stains, and QC1™ Quality Control Slides for AFB, Parasitology, Bacteriology, and Mycology processing, as well as O&P collection systems and concentration devices for Parasitology. For Technical Assistance, email Technical@AlphaTecSystems.com, and for Customer Service, email Sales@AlphaTecSystems.com, or call either [+] 800.221.6058 (USA) or [+] 360.260.2779 between 8AM and 4PM Monday through Friday, Pacific Time.

WARRANTY

This product is warranted by Alpha-Tec Systems, Inc. to perform as described in the labeling and literature supplied. Alpha-Tec Systems,

Inc. disclaims any implied warranty or merchantability or fitness for any other purpose, and in no event shall Alpha-Tec Systems, Inc. be liable for any consequential damages arising out of aforesaid express warranty.

TRADEMARKS

QC1™ is a trademark of Alpha-Tec Systems, Inc., 1311 SE Cardinal Court, Suite 170, Vancouver, WA 98683 USA.

Mode d'emploi pour les produits suivants :
Lames Trichomonas QC1

UTILISATION PRÉVUE

Les lames Trichomonas QC1™ sont conçues pour le contrôle qualité des procédures de coloration des *Trichomonas vaginalis*. Elles sont destinées à valider à la fois la qualité des réactifs de coloration et la technique de la procédure.

SOMMAIRE

L'identification microscopique des protozoaires est basée sur l'observation de la morphologie des organismes colorés. La coloration facilite l'identification en différenciant les structures internes et en séparant les organismes du matériel de fond et des artefacts. Un certain nombre de techniques de coloration simples et satisfaisantes pour le travail de diagnostic ont été mises au point.

Les lames Trichomonas QC1 contiennent des substrats parasites positifs nécessaires pour produire les résultats de coloration exacts lors de l'utilisation des techniques de coloration appropriées. Les lames Trichomonas QC1 contiennent un frottis de trophozoïtes de *Trichomonas vaginalis* fixé au méthanol.

POUR UN DIAGNOSTIC IN VITRO UNIQUEMENT

PRÉCAUTIONS

Les lames Trichomonas QC1 contiennent des substrats qui sont appliqués sous forme de frottis. Manipuler les lames par les bords et ne pas toucher la surface de la lame pour éviter d'endommager les substrats.

STABILITÉ ET CONSERVATION

Conserver les lames à température ambiante (15-30 °C). Les lames sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée lorsqu'elles sont conservées à la température requise.

PROCÉDURE

Matériel fourni : Lames Trichomonas QC1

Matériel non fourni : Réactifs de coloration, lamelles, milieu de montage, microscope/microscope fluorescent.

Méthode de coloration : Les lames Trichomonas QC1 sont préfixées et ne doivent pas être fixées à la chaleur ou à l'alcool avant la coloration. Ajouter les lames Trichomonas QC1 à la première étape de la procédure de coloration. Colorer les lames Trichomonas QC1 selon la procédure décrite par le fabricant du colorant ou consulter les références appropriées.

RÉSULTATS

Les *Trichomonas vaginalis* sont des trophozoïtes en forme de poire avec un seul noyau allongé et 5 flagelles. Consulter la fiche d'instructions fournie avec le colorant choisi ou consulter les références appropriées pour connaître les résultats de la coloration.

LIMITES DES PROCÉDURES

Consulter la fiche d'instructions fournie avec le colorant choisi ou consulter les références appropriées pour connaître les limites de la coloration.

CONTACT

Alpha-Tec Systems, Inc. propose une gamme complète de réactifs, de colorants et de lames de contrôle de qualité QC1™ pour le traitement des BAAR, la parasitologie, la bactériologie et la mycologie, ainsi que des systèmes de prélèvement O&P et des dispositifs de concentration pour la parasitologie. Pour l'assistance technique, envoyer un courrier électronique à Technical@AlphaTecSystems.com, et pour le service clientèle, envoyer un courrier électronique à Sales@AlphaTecSystems.com,

ou appeler soit le [+1] 800-221-6058 (USA) ou le [+1] 360-260-2779 entre 8h et 16h du lundi au vendredi, heure du Pacifique.

GARANTIE

Ce produit est garanti par Alpha-Tec Systems, Inc. pour fonctionner comme décrit dans l'étiquetage et la documentation fournis. Alpha Tec Systems, Inc. décline toute garantie, garantie de conformité ou d'aptitude pour toute autre utilisation que celle prévue, et en aucun cas Alpha Tec Systems, Inc. ne sera tenu pour responsable d'éventuels dommages survenant en conséquence d'un usage hors de la garantie expresse susmentionnée.

MARQUES COMMERCIALES

QC1™ est une marque d'Alpha-Tec Systems, Inc. 1311 SE Cardinal Court, Suite 170, Vancouver, WA 98683 USA.

PRODUCT CODES

0003268 QC1 Trichomonas Slides, 20/Box



Manufactured by Alpha-Tec Systems, Inc.
 1311 SE Cardinal Court, Suite 170
 Vancouver, WA 98683 USA



MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 30175 Hannover, Germany



GLOSSARY OF SYMBOLS

LOT Batch code / Numéro de lot / Número de Lote / Numero di lotto / Lot Nummer / Lotnummer / Lotnummer / Šaržna številka / Número de lote

REF Catalog number / Référence du catalogue / Número de catálogo / Numero di catalogo / Katalognummer / Catalog nummer / Het aantal van de catalogus / Kataloška številka / Número de catálogo

IVD In vitro diagnostic medical device / Pour usage diagnostique in vitro / Para uso diagnóstico in vitro solamente / Solo per uso diagnostico in vitro / Nur zur Verwendung als in vitro-Diagnostikum / Alleen voor in vitro diagnostisch gebruik / För invitrodiagnostik enbart / Samo za invitro diagnostiko / Apenas para uso em diagnóstico in vitro

EC REP Authorized representative in the European Community / Représentant européen autorisé / Representante Europeo Autorizado / Rappresentante europeo autorizzato / Autorisierte Europäischer Repräsentant / Germachtigde Europese vertegenwoordiger / Auktoriserad europeisk representant / Pooblaščen evropski predstavnik / Representante Europeu Autorizado

 Use-by date / Utiliser avant la date de péremption indiquée / Use antes de la fecha indicada / Utilizzare entro la data indicata / Bis zum angegebenen datum verbrauchen / Gebruik door vermelde datum / Använd innan angivet datum / Porabiti do navadenega datuma / Usar até à data indicada

 Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Produttore / Hersteller / Fabrikant / Fabrikant / Proizvajalec / Fabricante

 Caution / Attention / Cuidado / Attenzione / Achtung / Voorzichtig / Iaktag försiktighet / Previdno / Atenção

 Temperature limit / Conserver aux températures indiquées / Almacene entre las temperaturas indicadas / Conservare a temperature comprese fra quelle indicate / Im angegebenen temperaturbereich aufbewahren / Opslaan bij een temperatuur tussen / Förvara mellan angivna temperaturer / Shranjevali med navedenimi temperaturami / Armazene entre as temperaturas indicadas

 Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contiene suficiente para <n> pruebas / Contenido suficiente per <n> tests / Enthält ausreichend für <n> untersuchungen / Inhoud voldoende voor <n> testen / Innehåller tillräckligt för <n> tester / Vsebina zadostuje za <n> testov / Contém quantidade suficiente para <n> testes

 Consult instructions for use / Consulter la notice d'utilisation / Consulte las instrucciones para el uso / Consultare le istruzioni per l'uso / Bitte beachten Sie die Anwendungsvorschriften / Raadpleeg instructies voor gebruik / Konsultera bruksanvisningen innan användning / Glej navodila za uporabo / Consulte instruções para o uso

 Do not reuse / Ne pas réutiliser / No reutilizar / Non riutilizzare / Nicht wiederverwenden / Niet hergebruiken / Återanvänd inte / Ne uporabljajte znova / Não reutilize